

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado

ACREDITACIÓN

T-199

Fecha de emisión:
Revisión:

2026-06-24
04

I	II	III	IV	V	VI	VII
Mensurando / Instrumento	Método de medida y norma de referencia (cuando aplique)	Intervalo de medida	Condiciones de medición	Incertidumbre expandida de medida	Patrón de referencia usado en la calibración	Observaciones
Temperatura de contacto / Termómetros de Lectura Directa: con sensor de inmersión.	Directo por comparación (con un termómetro de contacto)	(-10 a 200) °C	Medio de generación: Horno con bloque y Baño líquido Características de los medios: Profundidad de inmersión: 14 cm. Longitud mínima del sensor a calibrar: 6 cm	(0.67 a 0.55) °C	Termómetro con indicador Marca: COMARK Modelo: C28 SAE LC 23-003 - SAE / NIST	Calibración en condiciones de laboratorio y sitio.

Lo anterior por conducto de los siguientes signatarios:

- 1.- Jessica Patricia Chiluisa Cando
- 2.- Fredy Marcelo Barriga Recalde
- 3.- Amparo Alexandra Sanunga Ballin